

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงไฟฟ้าสำหรับรักษาด้วยเทคนิคยับเคลื่อนข้อ (แบบ ๒ section)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เตียงสำหรับปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ปฏิบัติการในการตรวจ หรือรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และผู้ป่วยทั่วไป

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเตียงสำหรับทำหัตถการ ปฏิบัติการตรวจรักษาแบบ ๒ ชั้นตอน

๓.๒ สามารถปรับระดับได้ระหว่าง ๔๘-๑๐๕ ซม. ด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Foot Switch

๓.๓ เตียงมีขนาด (กว้างxยาว)ไม่น้อยกว่า ๖๗x๒๐๗ ซม. พลายเตียงทั้งสองด้านโค้งมนไม่เป็นเหลี่ยม

๓.๔ ตัวเตียงส่วนรองรับศีรษะและหลังยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม. พร้อมช่องสำหรับหายใจ (Breathing hole and plug) สามารถปรับมุมขึ้นได้ประมาณ ๖๐ องศา

๓.๕ ส่วนรองรับลำตัวและขายาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.

๓.๖ สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ kg.

๓.๗ โครงสร้างเตียงมั่นคง แข็งแรง เคลือบสีอย่างดี

๓.๘ เบาะทำด้วยหนังเทียม ทำความสะอาดง่าย ทนทาน

๓.๙ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

๓.๑๐ มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และสามารถล็อกเตียงให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบ
ขาพิเศษ ๔ ขา

๓.๑๑ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC ๖๐๖๐๑-๑

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ๒ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป
ในระยะประกัน หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้
ใช้งานได้ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้งานได้ไม่ดีตามปกติ ผู้ขาย
จะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน

๔.๒ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย
มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมมา
แสดงในวันยื่นเสนอราคา อย่างน้อย ๑ คน

๔.๔ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น

๔.๕ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๔ เดือน ในระยะประกันพร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่อง
และศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

- ๕.๖ มีการสอบเทียบเครื่องมือ ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 - ๕.๗ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม
 - ๕.๘ บริษัทผู้ผลิตให้บริการด้านการซ่อมบำรุงที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘
 - ๕.๘ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา
-

(ลงชื่อ).....*ส.ป.*.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....*สม. อ.*.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....*สม. อ.*.....กรรมการ